



Warszawa, dn. 06.06.2017 r.

**Sprawa Nr 2/KC/2017**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek**

**Nawiązując do przesłanych pytań Zamawiający odpowiada w następujący sposób:**

Zadanie nr 1:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia oczyszczającego wodę w oparciu nie o destylację, a o proces dejonizacji i oczyszczania na żywicach jonowymiennych? Proces ten jest zdecydowanie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż proces destylacji [kilkunastokrotnie mniejsze zużycie prądu i wody].

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów przedmiotu zamówienia.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia zasilanego 230V?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie zasilane 230V, ponieważ w docelowym miejscu instalacji przedmiotu zamówienia jest zainstalowane gniazdo 400V/50Hz.**

Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
Izabela Uhrynowska – Tyszkiewicz

Otrzymują:  
wszyscy zainteresowani.