



Sprawa Nr 3/KC/2017

Warszawa, dn. 29.06.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

Nawiązując do przesłanych pytań Zamawiający odpowiada w następujący sposób:

1. Pytanie do Pakietu 4 zamrażarki niskotemperaturowe:  
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności wg materiałów producenta wynoszącej dokładnie 548 litrów (przechowywanie 400 standardowych kriopudełek, czyli do 40 000 klasycznych krofiołek)?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o pojemności 548 litrów.**

Członek komisji przetargowej

Tomasz Czech

Otrzymują:  
wszyscy zainteresowani.