



Warszawa, dn. 16.11.2017 r.

Sprawa Nr 6/KC/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę drukarek i skanerów kodów kreskowych dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

Nawiązując do przesłanych pytań Zamawiający odpowiada w następujący sposób:

1. W opisie przedmiotu zamówienia, pakiet nr 1 - drukarka kodów kreskowych, punkt C 10, zamawiający podaje protokoły LAN: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, SNMPv2.
Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z protokołem SNMP w wersji 1 - tylko?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

2. W opisie przedmiotu zamówienia, pakiet nr 1 - drukarka kodów kreskowych, punkt C 13, zamawiający podaje Atesty - Zgodność z FCC, UL, CSA, CCC, CE, TUV GS, EAC, ROHS . Pytanie: CCC jest certyfikatem tylko na region Chin, zatem czy zamawiający dopuszcza urządzenie bez wymienionego certyfikatu?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Izabela Uhrynowska – Tyszkiewicz

Otrzymują:
wszyscy zainteresowani.