

.....  
Pieczęć Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTY CENOWEJ PAKIET nr 1

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:.....

tel. .... faks: ..... e-mail: .....

NIP: ..... REGON: ..... województwo: .....

Należę do mikro/ średnich lub małych przedsiębiorców:  TAK  NIE

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Tym samym zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich warunków zawartych w SIWZ.
3. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy. Jednocześnie zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest zgodny z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w SIWZ.
5. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił/a: ....., tel. ....  
Nazwa Banku: .....nr konta Wykonawcy.....

....., dnia .....  
Miejscowość

.....  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

<sup>1</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**PAKIET nr 1 – LIOFILIZATOR WRAZ Z WYPOSAŻENIEM**

Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	PRODUCENT	MODEL/ TYP
1	<b>Liofilizator wraz z wyposażeniem</b> wymagania zgodnie z opisem poniżej w tabeli	<b>1 szt.</b>				

Wartość netto Pakietu nr 1 wynosi: ..... zł

słownie: .....

Wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi: ..... zł

słownie: .....

Stawka VAT: ..... % (w przypadku stawki mieszanej należy podać kalkulację obliczenia ceny)

....., dnia .....  
Miejscowość

.....  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

**PAKIET nr 1 – LIOFILIZATOR WRAZ Z WYPOSAŻENIEM**

<b>A.1.</b>	<b>Destylarka</b>		<b>1</b>
	Nazwa sprzętu		Liczba sztuk
A.2.	Wykonawca		
A.3.	Producent		
A.4	Model		
A.5	Typ		
A.6	Kraj pochodzenia		
A.7	Rok produkcji		
Puste pola wypełnia Wykonawca <sup>(*)</sup>			

<b>B.1.</b>	<b>Główne przeznaczenie: Liofilizacja ludzkich przeszczepów tkankowych</b>		
	Przeznaczenie		

<b>C.</b>	<b>Opis sprzętu – wymagania techniczne</b>	<b>Liczba elementów</b>	<b>Spełnienia wymagania <sup>(*)</sup></b>	
			<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
<b>C.1.</b>	minimalna pojemność lodu: 4,5 L;	-		
<b>C.2.</b>	minimalna wydajność: 4 L wody / 24 h;	-		
<b>C.3.</b>	minimalna temperatura kolektora nie wyższa niż: -84 °C;	-		
<b>C.4.</b>	sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaniem parametrów procesu na wyświetlaczu wyposażonym w ekran dotykowym.in.: wartość próżni panującej w układzie w jednostkach mBar, Pa i Torr; temperatura wymrażacza w jednostkach °C i °F; czas pracy aparatu oraz czas od ostatniego serwisowania aparatu; czas pracy pompy oraz czas od ostatniego serwisowania pompy	-		
<b>C.5.</b>	sygnalizacja graficzna osiągnięcia optymalnych warunków przez system do rozpoczęcia procesu liofilizacji;	-		

## Sprawa Nr 3/KC/2019

<b>C.6.</b>	dźwiękowy i wizualny alarm w przypadku wzrostu temperatury, konieczności serwisowania pompy lub wykrycia wilgoci w kolektorze liofilizatora;	-		
<b>C.7.</b>	możliwość podłączenia do lokalnej sieci internetowej	-		
<b>C.8.</b>	możliwość przesyłania na wskazaną skrzynkę e-maila informacji o bieżących parametrach urządzenia oraz awariach	-		
<b>C.9.</b>	zawór spustowy oraz kratka wentylacyjna umiejscowione na ścianie bocznej względem panelu LCD w celu zapewnienia najwyższego komfortu pracy;	-		
<b>C.10.</b>	czujnik wilgoci jako zabezpieczenie pompy;	-		
<b>C.11.</b>	zawór umożliwiający utrzymanie próżni na zadanym poziomie			
<b>C.12.</b>	moduł szybkiego chłodzenia próbki przed procesem, pozwalający na schłodzenie próbki oraz utrzymanie temperatury 0°C przez okres 4 godzin.			
<b>C.13.</b>	Dwustronna platforma pozwalająca na załadowania min 36 probówek 2ml			
<b>C.14.</b>	możliwość podłączenia komputera i przesyłania danych z liofilizatora za pomocą portu USB			
<b>C.15.</b>	zbieranie danych z liofilizatora przez komputer			
<b>C.16.</b>	zasilanie jednofazowe, 230 V, 50 Hz.			
<b>C.17.</b>	moduł precyzyjnego pobierania i przenoszenie roztworów, składający się z układu automatycznego o zmiennym zakresie pracy, w przedziale min 200-1000ul, z blokadą wybranego zakresu, wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wskazujący wybraną wartość pracy, ewentualną potrzebę kalibracji,			
<b>C.18.</b>	alarm serwisowy wskazujący kod awarii, stan blokady żądanego zakresu pracy, licznik ilość wykonanych, pomiarów, alarm wizualny po przekroczeniu zakresu specyfikacji. Trój pozycyjny (lewo, środek, prawo) zrzutnik kapilar (stalowy i plastikowy) ze zmienną fazą ustawień, trzon wyposażony w filtr			
<b>C.19.</b>	głębokość urządzenia: nie więcej niż 70 cm			

D.	Opis sprzętu – wymagania dodatkowe	Spełnienia wymagania (*)	
		TAK	NIE
D.1.	Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego		
D.2.	Liofilizator wyposażony w stalowy tubus , wyposażony w nie mniej niż 12 zaworów, kompletnych i zdalnych do pracy, z możliwością ustawienia w nim półek do liofilizacji materiału luzem,		
D.3.	Szklana pokrywa zamykająca tubus od góry		
D.4.	Kompletne naczynie z przezroczystego szkła borokrzemowego o pojemności nie mniej niż 600ml (min16 szt.) o średnicy co najmniej 90mm wraz z adapterami ASEPTYCZNYM I dla próbek wymagających sterylności po procesie liofilizacji (min 16 szt).		
D.5.	Pompa próżniowa z suchym uszczelnieniem:		
D.5.2.	chemicznie odporna		
D.5.3.	wydajność nie gorsza niż 250 L/min;		
D.5.4.	próżnia maksymalna nie gorsza niż 0,007 mBar;		
D.5.5.	zasilanie jednofazowe, 230 V, 50 Hz.		
D.6.	wymagana instalacja oraz kwalifikacja IQ, OQ potwierdzona dokumentacją		

E.	Opis sprzętu – wymagana dokumentacja	Spełnienia wymagania (*)	
		TAK	NIE
E.1.	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji wydrukowanej - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
E.2.	Dokument dopuszczający do użytkowania na terenie Polski (CE) (jeżeli dotyczy)		
E.4.	Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
E.5.	Stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - oświadczenie należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
E.6.	Dokument określający częstotliwość i zakres przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia i zalecanych przez producenta - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
E.7.	Paszport techniczny urządzenia - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
E.8.	Specyfikacja urządzenia z zaznaczeniem zawartych w tabeli parametrów technicznych - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
E.9.	Karta gwarancyjna - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		
E.10.	O ile wymagane: Oświadczenia Wykonawcy dotyczące kalibracji, wykonania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego świadczonych przez Wykonawcę - należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego		

F.	Opis sprzętu - wymagane gwarancje	Spełnia wymagania (*)	
		TAK	NIE
F.1.	<b>Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania „Protokołu odbioru” (dłuższa gwarancja premiowana dodatkowymi punktami – max. 20 pkt) *poniżej zaznaczyć właściwą odpowiedź</b>		
	<b>Oferujemy minimalny okres gwarancji (24 miesiące)*:</b>		
	<b>Oferujemy przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy* (36 miesięcy i więcej):</b>		
F.2.	Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (nie powystawowy) - rok produkcji 2019		
F.3.	Wykonawca usunie usterkę w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faksem, mailem). W przypadku awarii wymagającej wymiany części Wykonawca jest zobowiązany usunąć usterkę w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faksem, mailem)		
F.4.	W przypadku 3-krotnej (z przyczyn niezależnych od Użytkownika) naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element, podzespół na nowy wolny od wad		
F.5.	Zgłoszenia usterek w dni powszednie pomiędzy godz. 9-16		
F.6.	Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy - 5 napraw istotnej dla funkcjonowania przedmiotu zamówienia części lub podzespołu		
F.7.	Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia		
F.8.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą przedmiotu zamówienia na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, lub z importem części zamiennych i oprogramowania, we własnym zakresie - bez udziału Zamawiającego. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty dotyczące transportu i naprawy pokrywa Wykonawca		
F.9	Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku gwarancji		
F.10.	Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny potwierdzony dokumentem		
F.11.	Godziny i sposób zgłaszania usterek/ awarii	Podać godziny, numer telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej:	

G	Opis sprzętu - wymagane szkolenia	Spełnia wymagania (*)	
		TAK	NIE
G.1.	szkolenie co najmniej czterech osób (min 1 godzina) przeprowadzone przez autoryzowany serwis legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi fakt odbycia szkolenia serwisowego u producenta (certyfikat odbytego szkolenia musi być dołączony do faktury)		
G.2.	W ramach wartości zawartej umowy co najmniej 1 (bez dodatkowych opłat) szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania		
G.3.	Wszystkie przeprowadzone szkolenia pracowników Zamawiającego muszą być potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim zaświadczeniem		

H.	Opis sprzętu - wymagana realizacja zamówienia	Spełnia wymagania (*)	
		TAK	NIE
H.1.	<p><b>Termin realizacji zamówienia – nie dłużej niż 7 tygodni od dnia podpisania umowy (krótszy termin dostawy premiowany dodatkowymi punktami – max. 20 pkt)</b></p> <p><b>*poniżej zaznaczyć właściwą odpowiedź</b></p> <p>Ostateczny termin dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania mija w dniu <b>27.12.2019 r.</b></p>		
	Oferujemy max. termin dostawy (7 tygodni)		
	Oferujemy skrócony termin dostawy (6 tygodni)		
	Oferujemy skrócony termin dostawy (5 tygodni)		
H.2.	Dostawa przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego		
H.3.	Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie - po stronie Wykonawcy		
H.4.	O terminie dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem		
H.5.	Potwierdzeniem przez Zamawiającego: <ol style="list-style-type: none"> <li>dostarczenia, odbioru całości przedmiotu zamówienia,</li> <li>wraz z realizowaniem wymaganych szkoleń przez Wykonawcę będzie „Protokół odbioru” podpisany przez Strony</li> </ol>		
H.6.	„Protokół odbioru” będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę		

Sprawa Nr 3/KC/2019

(\*) - Wypełnia Wykonawca - jeżeli oferowany sprzęt:

- spełnienia wymagania - należy zaznaczyć je symbolem **X** w kolumnie „TAK” rubryki „Spełnia wymagania”,

- nie spełnienia wymagań - należy zaznaczyć symbolem **X** w kolumnie „NIE” rubryki „Spełnia wymagania”.

**Oferta, która nie spełnia wymaganych parametrów (tj. udzielenie przez Wykonawcę choć jednej odpowiedzi „NIE”) podlega odrzuceniu.**

Oświadczam(y), że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi. Posiadanie przez zaoferowany sprzęt deklarowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno – użytkowych musi wynikać z dokumentów producenta sprzętu.

Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego oraz sposób ich dostarczenia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

....., dnia .....

Miejscowość

.....  
(pieczęćka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)