



Warszawa, dn. 11.12.2019 r.

Postępowanie Nr 6/KC/2019

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: PAKIET nr 2 SYSTEM PRZEZNACZONY DO MONITOROWANIA STANU PRACY SPRZĘTU KRYTYCZNEGO W SBBTIK KCBTIK

**Pakiet nr 2 załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty cenowej),
w zakresie pkt C.7 mającego brzmienie:
„Dla zakresu temperatur od -200°C do -100°C błąd pomiaru max. 0,1°C”**

Sprostowanie omyłki pisarskiej:
„Dla zakresu temperatur od -200°C do -100°C błąd pomiaru max. 1°C”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Czech