

.....  
 (pieczęć Wykonawcy lub  
 Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek  
 ul. Tytusa Chałubińskiego 5  
 02-004 Warszawa

## OFERTA

My, niżej podpisani ..... działając w imieniu i na rzecz:  
 ..... w odpowiedzi na ogłoszenie nr **3 / 2022 /KCBTiK** dotyczące:  
**Dostawy wraz z montażem MYJNI DEZYNFEKTORA**, składamy niniejszą ofertę.

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia – Myjnia Dezynfektora za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należywym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz poniższej tabeli):

<b>MYJNIA DEZYNFEKTOR</b>			
<b>WARTOŚĆ OFERTY W PLN</b>			
<b>cena obejmuje całkowity koszt, w tym koszt zakupionych materiałów, sprzętu i robocizny wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego</b>			
		<b>..... zł netto</b>	<b>..... zł brutto</b>
<b>NAZWA, MODEL, ROK PRODUKCJI</b>			
<b>L.p.</b>	<b>ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH</b>	<b>Spełnienie wymaganego parametru TAK/NIE</b>	<b>Parametr oferowanego urządzenia</b>
	<b>PRZEZNACZENIE</b>		
1.	Do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, instrumentów, sprzętu medycznego, obuwia medycznego i szkła laboratoryjnego.	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
	<b>WYMAGANIA FUNKCJONALNE</b>		
1.	Objętość użytkowa komory w zakresie 200-250 litrów.		
2.	Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa.		<b>XXX</b>
3.	Automatyczne programy mycia i dezynfekcji termicznej (do 90°) i termiczno-chemicznej (do 60°) z suszeniem.		<b>XXX</b>
4.	Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termicznochemicznej narzędzi z suszeniem lub bez.		<b>XXX</b>
5.	Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 8, w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika.		
6.	Wymagane programy mycia i dezynfekcji: - Program krótki –mycia i dezynfekcji termicznej z suszeniem - Program standardowy mycia i dezynfekcji termicznej z suszeniem - Program intensywny mycia i dezynfekcji termicznej z		<b>XXX</b>

	<p>suszeniem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej z suszeniem</li> <li>- Program suszenia</li> <li>- Program dezynfekcji termicznej</li> <li>- Minimum 2 programy indywidualne</li> </ul>		
7.	Dodatkowy program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne urządzenia z osadów mineralnych.		XXX
8.	<p>Programy mycia i dezynfekcji składające się z minimum następujących faz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Płukanie wstępne</li> <li>- Czyszczenie</li> <li>- Płukanie po czyszczeniu</li> <li>- Dezynfekcja</li> <li>- Płukanie końcowe (o ile wymagane)</li> <li>- Suszenie</li> </ul>		XXX
9.	Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik dla wózka wsadowego - do załadunku i rozładunku komory.		XXX
10.	Wlot wody zimnej zmiękczonej oraz wody oczyszczonej.		XXX
11.	Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach przy użyciu przepływomierzy.		XXX
12.	Wszystkie elementy procesowe muszą nadawać się do czyszczenia oraz swobodnie opróżniać.		XXX
13.	Dostęp do wszystkich elementów systemu (przyrządów, osprzętu itp.) musi być możliwy w celu konserwacji, napraw, kalibracji.		XXX
<b>WYMAGANIA – UKŁAD STEROWANIA</b>			
1.	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.		XXX
2.	Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim.		XXX
3.	Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 40 znaków graficznych.		XXX
4.	Rejestracja raportów procesów w języku polskim – w wersji wydruku na drukarce oraz elektronicznej – plik typu .pdf, na zewnętrznym nośniku pamięci np. pamięć USB.		XXX
5.	<p>Rejestracja informacji na raportach z procesów minimum w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dane identyfikacyjne urządzenia</li> <li>- Data i czas rozpoczęcia procesu</li> <li>- Przebieg poszczególnych faz procesu</li> <li>- Temperatura w komorze</li> <li>- Ilość środków chemicznych dozowanych w danym procesie</li> <li>- Status procesu: prawidłowy/nieprawidłowy</li> <li>- Kod błędu / ostrzeżenia (w przypadku wystąpienia)</li> </ul>		XXX
6.	Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego.		XXX
<b>WYMAGANIA DODATKOWE:</b>			
1.	<p>Wymiary maksymalne urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość: maksymalnie 70 cm,</li> <li>- głębokość: maksymalnie 70 cm,</li> <li>- wysokość: maksymalnie 220 cm.</li> </ul>		
2.	Pod komorą wbudowana szafka na minimum 3 pojemniki 5 litrowe ze środkami chemicznymi		
3.	Przeszkłone drzwi komory wykonane ze stali nierdzewnej z przeszkleniem w stopniu minimum 75% powierzchni drzwi.		XXX
4.	Światło w komorze umożliwiające obserwację prawidłowości		XXX

	procesu mycia.		
5.	Myjnia wyposażona w suszarkę wyposażoną w skraplacz oparów z układem odzysku ciepła.		XXX
6.	Suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego procesu.		XXX
7.	Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu.		XXX
8.	Konstrukcja, opanelowanie, komora myjni oraz ramiona spryskujące wykonane ze stali nierdzewnej		XXX
9.	Emisja hałasu do otoczenia poniżej 66 dbA.		
10.	Rozruchowy zestaw kompletu detergentów		XXX
11.	Konstrukcja urządzenia musi być zgodna z wymaganiami: - MDD 93/42/EEC Medical Devices Directive - IEC 61010 part 1 and 2 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprzętu elektrycznego - EMC 2014/30/EC Dyrektywa Kompatybilności elektromagnetycznej - Programy mycia i dezynfekcji zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883		XXX
12.	Wraz z urządzeniem zostanie dostarczony wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na koszach wsadowych o pojemności minimum 8 koszy o wymiarach wskazanych w pkt 13. Wózek wsadowy wyposażony w kółka jezdne. Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. W przypadku braku możliwości demontażu poziomów, należy dostarczyć dodatkowo wózki wsadowe: - 2 poziomy - 3 poziomy Natrysk każdego poziomu wózka z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych.		
13.	Zamówienie obejmuje Myjnie-dezynfektor kompatybilną z posiadanymi przez zamawiającego akcesoriami: - zamawiający posiada wózek do mycia obuwia (getinge series 46-4) - zamawiająca posiada wózek do mycia szkła laboratoryjnego z minimum 20 wtryskiwaczami (getinge series 46-4) - zamawiający posiada kosze wsadowe do narzędzi chirurgicznych „duży” o wymiarach 45x34x7,5 /szer./gł./wys./ - zamawiający posiada kosze wsadowe do narzędzi chirurgicznych „mały” o wymiarach 34x26x7,5 /szer./gł./wys./ Minimalny jednorazowy załadunek koszy wsadowych w ilości 4 koszy „dużych” i 4 koszy „małych” W przypadku braku kompatybilności z akcesoriami Wykonawca dostarczy nowy zestaw ww. akcesorii.		
14.	Wraz z urządzeniem zostanie dostarczony zapasowy komplet koszy wsadowych o wymiarach : - kosz wsadowy do narzędzi chirurgicznych o wymiarach nie mniejszych niż 45x30x7 /szer./gł./wys./ - kosz wsadowy do narzędzi chirurgicznych o wymiarach nie mniejszych 34x25x7 /szer./gł./wys./		
15.	Wraz z urządzeniem zostanie dostarczona poniższa dokumentacja: - Dokumentacja techniczna - Specyfikacje alarmów (w języku polskim) - Specyfikacja programów (w języku polskim) - Instrukcje: obsługi, techniczna, instalacyjna (w języku polskim) - Potwierdzenie zgodności z CE (znak CE).		XXX

	- Lista głównych komponentów (wraz z wymiarami i podstawowymi danymi technicznymi) - Rysunek instalacyjny ze zużyciem mediów		
	<b>GWARANCJA i SZKOLENIA:</b>		
1.	<p>Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski zgodnie z następującymi warunkami:</p> <p>Warunki serwisu i gwarancji</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wykonawca udziela gwarancji jakości na prawidłowe działanie dostarczonego Sprzętu (wszystkich jego elementów) na okres 24 miesięcy liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń (jednak nie krótszy niż okres gwarancji producenta).</li> <li>Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu równoległe biegnącej rękojmi z tym zastrzeżeniem, że w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na wykonanie.</li> <li>Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia Sprzętu do naprawy do momentu odebrania go z naprawy.</li> <li>Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi zgłaszać będzie Wykonawcy ujawnione wady lub usterki w formie elektronicznej na adres e-mail: ..... Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego wynosi 3 dni robocze od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. Z naprawy lub wymiany wadliwego Sprzętu będzie sporządzony protokół. Termin skutecznej naprawy lub wymiany nie może przekroczyć 21 dni roboczych od daty dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia.</li> <li>Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu na nowy, wolny od wad, jeżeli w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Sprzętu do naprawy nie może zrealizować naprawy gwarancyjnej lub jeżeli trzykrotnie wystąpiła wada, awaria lub usterka tego samego podzespołu. Dostarczenie nowego sprzętu nastąpi w terminie 90 dni od daty zgłoszenia Sprzętu do naprawy lub zgłoszenia trzykrotnego wystąpienia wady, awarii lub usterki tego samego podzespołu.</li> <li>Obsługa gwarancyjna będzie świadczona w języku polskim.</li> <li>Wykonawca w żadnym przypadku nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu na wysokość wiążących się z tym kosztów, chyba że wymieni Sprzęt objęty gwarancją na nowy, pozbawiony wad, o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.</li> <li>W przypadku nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad lub usterek, w tym w przypadku opóźnienia w usuwaniu wad lub usterek, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania zastępczego usunięcia wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy lub do zlecenia zastępczego usunięcia wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.</li> <li>Na wypadek, gdyby dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji nie doprowadziło do usunięcia wady lub wymiany rzeczy na nowe w terminie 21 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt. 4, powiadomienie o wadzie dokonane</li> </ol>		XXX

	zgodnie z w/w postanowieniem będzie miało ten sam skutek co powiadomienie o wadze, o którym mowa w art. 563 §1 Kodeksu cywilnego. 10. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na realizację umowy. Wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia uwag.		
2.	24 miesięczny okres gwarancji obejmujący w pełni bezpłatną obsługę, w tym przeglądy – minimum 1 raz na 12 miesięcy wraz z wymiana materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia (filtry, uszczelki, wężyki pompek perystaltycznych		XXX
3.	Dostawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu Zamawiającego na następujących zasadach: - przeszkoli niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia ilość operatorów z załogi zamawiającego w zakresie obsługi, - przeszkoli niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia ilość personelu zamawiającego w zakresie konserwacji urządzenia, - szkolenie zakończone wydaniem imiennego certyfikatu,		XXX
	<b>WYMAGANIA INSTALACYJNE:</b>		
1.	Myjnia do zainstalowania w miejscu aktualnie użytkowanego urządzenia myjni-dezynfektora.		XXX
2.	Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa		XXX
3.	Dostępne media: - woda zimna, woda destylowana, woda zmiękczonea - zasilanie elektryczne 3N 400V 50Hz, moc. max. 12 kW - kanał wentylacyjny - odpływ	XXX	XXX
	<b>ZAKRES PRAC:</b>		
1.	Dostawa nowego urządzenia		XXX
2.	Demontaż obecnie użytkowanego urządzenia		XXX
3.	Montaż, instalacja i uruchomienie nowego urządzenia myjni-dezynfektora		XXX

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, zgodnie z pkt. X zapytania ofertowego.
- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

<sup>1</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośredniego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 3/2022/KCBTiK**

6. Oświadczam, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku, bez śladów uszkodzenia, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, nieużywany, niepowystawowy, nieregenerowany, kompletny, oznakowany znakiem CE oraz posiada niezbędne instrukcje i jest objęty gwarancją producenta. Karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.
7. Załącznikami do niniejszego formularza są *(zgodnie z wymaganiami wskazanymi w XII pkt. zapytania ofertowego)*:
  - a) wykaz dostaw
  - b) proponowane postanowienia umowy – do akceptacji KCBTiK
  - c).....
8. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:
9. Wzór umowy – proponowany przez Wykonawcę do akceptacji KCBTiK

....., dnia .....

.....  
*podpis Wykonawcy*  
*lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*